

Уведомление об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции

Номер уведомления: 1875/2/2026-08-28/780016

Дата подачи уведомления: 28.08.2026

Наименование организации: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯЛТИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА"

Адрес электронной почты: zakup.ymmc@mail.ru

Номер контактного телефона: +7 (365) 426-03-41

Место нахождения: 298655, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, М.О. ГОРОД-КУРОРТ ЯЛТА, ПГТ ЛИВАДИЯ, Ш СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ, Д. 2, СТР. 2

ИНН: 5043025577

ОГРН: 1055008511986

Наименование продукции: Трубка трахеостомическая, одноразового использования

Код ОКПД2: 22.21.29.120

Код ТН ВЭД: 3917 39 000 Трубы, трубки, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из пластмасс: трубы, трубки и шланги, прочие: прочие:

Количество найденных аналогов: Более 100



Подтверждаю, что среди подобранных аналогов российского производства отсутствует продукция, соответствующая описанию объекта закупки

№	Наименование технической характеристики	Единица измерения	Значение технической характеристики
1	Трубка трахеостомическая, одноразового использования		Армированная: Нет; Внутренний диаметр: 7.5 мм, Внутренняя канюля: Нет Канал для санации надманжеточного пространства: Нет; Длина: 85 мм, Манжета: Да; Фенестрированная: Нет; Рентгенконтрастная полоса: Наличие; Манжета резистентна к закиси азота: Соответствие
2	Трубка трахеостомическая, одноразового использования		Армированная: Нет; Внутренний диаметр: 8.0 мм ; Внутренняя канюля: Нет; Канал для санации надманжеточного пространства: Нет; Длина: 91 мм; Манжета: Да; Фенестрированная: Нет; Рентгенконтрастная полоса: Наличие; Манжета резистентна к закиси азота: Соответствие
3	Трубка трахеостомическая, одноразового использования		Армированная: Нет; Внутренний диаметр: 8.5 мм; Внутренняя канюля: Нет; Канал для санации надманжеточного пространства: Нет; Длина: 94 мм; Манжета: Да; Фенестрированная: Нет; Рентгенконтрастная полоса: Наличие; Манжета резистентна к закиси азота: Соответствие
4	Трубка трахеостомическая, одноразового использования		Армированная: Нет; Внутренний диаметр: 9 мм; Внутренняя канюля: Нет; Канал для санации надманжеточного пространства: Нет; Длина: 99 мм; Манжета: Да; Фенестрированная: Нет; Рентгенконтрастная полоса: Наличие
5	Трубка трахеостомическая, одноразового использования		Армированная: Нет; Внутренний диаметр: 8.0 мм; Внутренняя канюля: Да; Длина: 75,5 мм; Канал для санации надманжеточного пространства: Да; Манжета: Да; Фенестрированная: Нет; Материал трубки: Поливинилхлорид; Мандрен трубки с каналом для струны-проводника: Соответствие Сменная внутренняя канюля изогнутая, количество: 2 шт; Коннектор санационного порта: Наличие; Ершик для очистки внутренних трубок: Наличие; Гигиеническая салфетка: Наличие; Ширина салфетки: 10 мм; Длина салфетки: 10 мм; Фиксатор трахеостомической трубки: Наличие

