

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

изделий медицинской техники

03.08.2026 г.

1. Наименование учреждения КБ101 ФФГБУ СКФНЦ ФМБА России в г. Лермонтове
2. Наименование аппарата Холодильник комбинированный лабораторный
3. Тип, марка ХЛ-340
4. Завод-изготовитель или фирма POZIS
5. Год выпуска 2017 зав. № 217CV20004280
6. Балансовая стоимость _____ инв. № 21013400012476
7. Сколько лет находится в эксплуатации 9
8. Условия эксплуатации (сменность работы, загрузка аппарата, велось ли техническое наблюдение, в какой организации Ежедневная эксплуатация.
9. Подробное техническое состояние всех узлов аппарата Температура не соответствует заданной.
10. Причина выхода из строя аппарата Длительная эксплуатация.
11. Заключение
Необходима дозаправка компрессоров фреоном.

Инженер


Ю.Ю. Сераев.