

МИНИСТЕРСТВА ЗАРОВОХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФТБОУ ВО СЛБГПМУ Минздрава России)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на последние запчастей и ремонтному оборудованию в 2026 году (запасер)

№ п/п	Наименование товара	Код по ОКПД2	Единица измерения товара	Количество в единицах измерения товара	Наименование характеристики		Характеристики товара		Инструкция по применению характеристики в языке
					Техн. характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Датчик электродный ТРДВБ25F	26.60.12.121	штука	1	Описание	качественный	Предназначен для подключения 5ЭЭГ шлема с шириной разъемов ДВ-25М к разъемам TonelProof I, 5mm(DIN 42 802-8U) усилителя 5ЭЭГ. Разъемы протравлены с помощью лазерных аппаратов. 20 разъемов имеют маркировку в соответствии с всемирной системой IEC 60320 и предназначены для подключения электродов стандартных отведений. Разъемы с маркировкой II, 12, 13, 24, 25 могут быть использованы для продолжения подключения дополнительных электродов в зависимости от модели 5ЭЭГ-усилителя. Тип разъемов для подключения к штекеру ДВ-25F: Тип разъемов для подключения к усилителю до25(TonelProof), 5mm(DIN 42 802-5T1). Максимальное число электродов для подключения 25. Длина кабеля(удлинитель) 0,3м.		Инструкция по применению характеристики не может являться частью документа

Гарантийный срок товара на момент поставки должен быть не менее 6 (шести) месяцев

Условия исполнения Контракта:

1. Сертификаты соответствия (при наличии)
2. Срок поставки товара: от даты заключения Контракта и по 30.09.2026.
3. Порядок поставки: в течение 2 (двух) рабочих дней по предварительной заявке Заказчика.
4. Место поставки: г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д.2, лит Е (медицинский склад).

И.О. начальника отдела эксплуатации и ремонта медицинского оборудования


Ю.А. ТИТКОВА