

Техническое задание

Место оказания услуг: г. Сураж. Ул. Лесная, д. 3.

Срок оказания услуг: до 31.08.2026.

В котельной ФКУ КП-3 периодической поверке подлежат 21 манометр:

- манометр до 16 атм., марка МП4-Уф - 3 шт.,
- манометр до 16 атм., марка МП4-УУ2 - 1 шт.,
- манометр электроконтактный до 10 атм., марка ДМ 2005.Ф-1 шт.,
- манометр до 2,5 атм., марка МП4-Уф -3 шт.,
- манометрический термометр до 100 С, марка БТ5 - 1 шт.,
- манометр до 10 атм., марка МП4-Уф -3 шт.,
- манометр ДМ 2010 5Ф - 1 шт.,
- манометр ТНМП-52-М2-У3 - 1 шт.,
- манометр ОБМВ1-100 до 3 атм.- 1 шт.,
- манометр ОБМВ1-100 до 10 атм.- 1 шт.,
- манометр МП-3 до 6 атм.- 1 шт.,
- манометр МТП-100 до 6 атм.- 1 шт.,
- манометр электроконтактный ДМ 2010 Ф до 1 атм.- 1 шт.,
- манометр электроконтактный ДМ 2010 У2 до 1 атм. -2 шт.

комплекс процедур и мероприятий, основной целью которых является подтверждение соответствия оборудования метрологическим характеристикам, принятым нормам и стандартам

услуга должна оказываться в соответствии с правилами проведения поверки регламентируемыми законом от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

Результатом проведенных операций является подтверждение пригодности или признание непригодности оборудования к использованию. Удостоверением положительного результата служит поверительное клеймо или свидетельство соответствующего вида. В ситуации, когда прибор к эксплуатации не допускается, ему присваивается статус непригодного или выносятся рекомендации по устранению недостатков. При этом становятся актуальны калибровочные мероприятия, которые по сути представляют собой подстройку показаний выходной величины или индикации до соответствия эталонной величине.