

Уведомление об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции

Номер уведомления: 1875/2/2026-05-29/621543

Дата подачи уведомления: 29.05.2026

Наименование организации: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Почтовый адрес: 392000, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ТАМБОВ, Г. ТАМБОВ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 106/5, ПОМЕЩ. 2

Адрес электронной почты: torgi@tstu.ru

Номер контактного телефона: +7 (475) 263-51-24

Место нахождения: 392000, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ТАМБОВ, Г. ТАМБОВ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 106/5, ПОМЕЩ. 2

ИНН: 6831006362

ОГРН: 1026801156557

Наименование продукции: Дифференциальный сканирующий калориметр DSC 600

Код ОКПД2: 26.51.53.190 Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в другие группировки

Код ТН ВЭД: 9027 89 000 0 Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микрометры: приборы и аппаратура прочие: прочие

Количество найденных аналогов: 40



Подтверждаю, что среди подобранных аналогов российского производства отсутствует продукция, соответствующая описанию объекта закупки

№	Наименование технической характеристики	Единица измерения	Значение технической характеристики
1	Режим измерения	усл.ед.	автоматический
2	Диапазон температур	°С	0 - 600
3	Разрешение температуры	°С	0,01
4	Колесание температуры	°С	± 0,1
5	Повторяемость температуры	°С	± 0,1
6	Скорость повышение температуры	0,1 - 80	°С / мин
7	Точность DSC	мВт	0,01
8	Разрешение DSC	мВт	0,001