

Уведомление об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции

Номер уведомления: 1875/2/2026-07-28/723549

Дата подачи уведомления: 28.07.2026

Наименование организации: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯЛТИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА"

Адрес электронной почты: zakup.ymmc@mail.ru

Номер контактного телефона: +7 (365) 426-03-41

Место нахождения: 298655, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, М.О. ГОРОД-КУРОРТ ЯЛТА, ПГТ ЛИВАДИЯ, Ш СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ, Д. 2, СТР. 2

ИНН: 5043025577

ОГРН: 1055008511986

Наименование продукции: Нить хирургическая из полигликолевой кислоты, полинить

Код ОКПД2: 21.20.24.120

Код ТН ВЭД: 9018 31 100 9 Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая скintiграфическую аппаратуру, аппаратура электрофизиологическая прочая и приборы для исследования зрения: шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты: шприцы, с иглами или без игл: из пластмассы: прочие

Количество найденных аналогов: 18



Подтверждаю, что среди подобранных аналогов российского производства отсутствует продукция, соответствующая описанию объекта закупки

№	Наименование технической характеристики	Единица измерения	Значение технической характеристики
1	Нить хирургическая из полигликолевой кислоты, полинить		Синтетический, рассасывающийся, плетеный шовный материал из гомополимера гликолевой кислоты, нить окрашена в фиолетовый цвет. Размер нити USP 1 (M4). Нить соединена с одной атравматической иглой, с круглым поперечным сечением острия, $\frac{1}{2}$ окружности; полный средний ресурс иглы по ГОСТ 26641-85 не менее 50 проколов : соответствие; Показатели сохранения прочности нити не менее 70% через 2 недели, не менее 50% через 3 недели; предсказуемая абсорбция в течение 60-90 дней, указанные в инструкции по применению: соответствие; покрытие нити : смесь поликапролактона и стеарата кальция; длина нити: 90 см; длина иглы: 45 мм
2	Нить хирургическая из полигликолевой кислоты, полинить		Синтетический, рассасывающийся, плетеный шовный материал из гомополимера гликолевой кислоты, нить окрашена в фиолетовый цвет. Размер нити USP 2 (M5). Нить соединена с одной атравматической иглой, с круглым поперечным сечением острия, $\frac{1}{2}$ окружности; полный средний ресурс иглы по ГОСТ 26641-85 не менее 50 проколов: соответствие; Показатели сохранения прочности нити не менее 70% через 2 недели, не менее 50% через 3 недели; предсказуемая абсорбция в течение 60-90 дней, указанные в инструкции по применению: соответствие; покрытие нити : смесь поликапролактона и стеарата кальция; длина нити: 90 см ; длина иглы: 45 мм
3	Нить хирургическая из полигликолевой кислоты, полинить		Синтетический, рассасывающийся, плетеный шовный материал из гомополимера гликолевой кислоты, нить окрашена в фиолетовый цвет. Размер нити USP 2-0 (M3). Нить соединена с одной атравматической иглой, с трехгранным поперечным сечением острия, $\frac{1}{2}$ окружности; полный средний ресурс иглы по ГОСТ 26641-85 не менее 50 проколов: соответствие; Показатели сохранения прочности нити не менее 70% через 2 недели, не менее 50% через 3 недели; предсказуемая абсорбция в течение 60-90 дней, указанные в инструкции по применению: соответствие; покрытие нити : смесь поликапролактона и стеарата кальция; длина нити: 75 см ; длина иглы: 36 мм
4	Нить хирургическая из полигликолевой кислоты, полинить		Синтетический, рассасывающийся, плетеный шовный материал из гомополимера гликолевой кислоты, нить окрашена в фиолетовый цвет. Размер нити USP 3-0 (M2). Нить соединена с одной атравматической иглой, с круглым поперечным сечением острия, $\frac{1}{2}$ окружности; полный средний ресурс иглы по ГОСТ 26641-85 не менее 50 проколов: соответствие; Показатели сохранения прочности нити не менее 70% через 2 недели, не менее 50% через 3 недели; предсказуемая абсорбция в течение 60-90 дней, указанные в инструкции по применению: соответствие; покрытие нити: смесь поликапролактона и стеарата кальция ; длина нити: 75 см длина иглы: 30 мм