

Уведомление об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции

Номер уведомления: 1875/2/2026-08-07/744015

Дата подачи уведомления: 07.08.2026

Наименование организации: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "ЯКУТСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК"

Адрес электронной почты: subbotinaer@prez.ysn.ru

Номер контактного телефона: +7 (411) 239-05-24

Место нахождения: 677007, РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ), Г.О. ГОРОД ЯКУТСК, Г. ЯКУТСК, УЛ. ПЕТРОВСКОГО, Д. 2

ИНН: 1435035057

ОГРН: 1021401060306

Наименование продукции: Сосуд Дьюара

Код ОКПД2: 25.29.12.130

Код ТН ВЭД: 9617 00 000 1 Термосы и вакуумные сосуды прочие в собранном виде; их части, кроме стеклянных колб: термосы и вакуумные сосуды прочие в собранном виде

Количество найденных аналогов: 0



Подтверждаю, что среди подобранных аналогов российского производства отсутствует продукция, соответствующая описанию объекта закупки

№	Наименование технической характеристики	Единица измерения	Значение технической характеристики
1	Вместимость	литр	не менее 20
2	Масса сосуда без жидкого азота	кг	не более 10
3	Размер горловины: внутренний диаметр горловины	мм	50
4	Размер горловины: высота	мм	610
5	Потери жидкого азота от испарения, при 20°C, 760 мм рт. ст. и влажности 30%: хранение с канистрами	л/сут	не более 0,14
6	Потери жидкого азота от испарения, при 20°C, 760 мм рт. ст. и влажности 30%: хранение без канистр	л/сут	не более 0,10
7	Время полного испарения азота, при 20°C, 760 мм рт. ст. и влажности 30%: хранение с канистрами	сутки	не менее 179
8	Время полного испарения азота, при 20°C, 760 мм рт. ст. и влажности 30%: хранение без канистр	сутки	не менее 179
9	Габаритные размеры сосуда: диаметр	мм	не менее 384, не более 409
10	Габаритные размеры сосуда: высота	мм	не менее 650, не более 660
11	Габаритные размеры канистры: диаметр цилиндра	мм	не менее 36, не более 38
12	Габаритные размеры канистры: высота цилиндра	мм	не менее 120, не более 275
13	Габаритные размеры канистры: высота общая	мм	не менее 600, не более 605
14	Количество канистр	шт.	6
15	Глубина сосуда	мм	не менее 550, не более 560

