

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

изделий медицинской техники

08.05.2026

1. Наименование учреждения: КБ 101 ФФГБУ СКФНЦ ФМБА России в г. Лермонтове»

2. Наименование: Видеогастроскоп

3. Тип, марка: EG-2990K

4. Завод-изготовитель или фирма: Pentax

5. Год выпуска: 2020 зав. №: K-121560

6. Балансовая стоимость _____ инв. № 41012400017956

7. Сколько лет находится в эксплуатации: _____

8. Условия эксплуатации (сменность работы, загрузка аппарата, велось ли техническое наблюдение, в какой организации): Ежедневная эксплуатация с полной загрузкой.

9. Подробное техническое состояние всех узлов аппарата: Не проходит тест вакуума.


10. Причина выхода из строя аппарата:

Длительная эксплуатация.

11. Заключение специалиста ООО «Мастер-мед»:

Требуется диагностика.

ООО Мастер-мед



/Шульц СИ./