

Утверждаю»
Начальник филиала
 О.Р. Хайрулин
« ____ » _____ 2026 г.

Техническое задание
на поставку оборудования т/х «Гагара»

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. измерения	Количество
1.	Частотомер вибрационный щитовой В81	Технические характеристики: диапазон измерения — 45–55 Гц; номинальное напряжение — 220 В; класс точности — 1,0; номинальный ток — 10 мА; потребляемая мощность — не более 1,6 Вт; рабочее положение — вертикальное или горизонтальное; шкала прибора — равномерная; основная погрешность на отметке «50 Гц» — не более $\pm 0,25$ Гц, на остальных отметках — не более $\pm 1,0\%$ показания; исполнение — пыле- и брызгозащищённое; Поставка нового прибора с поверкой для применения в работе.	шт.	1

Капитан-механик т/х «Гагара»



С.Г. Килин