

Уведомление об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции

Номер уведомления: 1875/2/2026-05-13/585010

Дата подачи уведомления: 13.05.2026

Наименование организации: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Почтовый адрес: 125993, Г.МОСКВА, УЛ. БАРРИКАДНАЯ, Д. 2/1, СТР. 1

Адрес электронной почты: shashokdv@mapo.ru

Номер контактного телефона: +7 (495) 680-05-99

Место нахождения: 125993, Г.МОСКВА, УЛ. БАРРИКАДНАЯ, Д. 2/1, СТР. 1

ИНН: 7703122485

ОГРН: 1027739445876

Наименование продукции: Инструменты эндоскопические: Петля гибкая для удаления полипов

Код ОКПД2: 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

Код ТН ВЭД: 9018 90 200 0 Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая скинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электрометрическая прочая и приборы для исследования зрения: инструменты и оборудование, прочие: эндоскопы

Количество найденных аналогов: 18

 Подтверждаю, что среди подобранных аналогов российского производства отсутствует продукция, соответствующая описанию объекта закупки

№	Наименование технической характеристики	Единица измерения	Значение технической характеристики
1	Совместимость с инструментальным каналом 2,8 мм		Наличие
2	Длина инструмента, мм		≥ 2200 и ≤ 2300
3	Петля овального типа		Наличие
4	Ширина раскрытия петли, мм		≥ 15 и ≤ 17
5	Диаметр плетеной проволоки, мм		≥ 0,45 и ≤ 0,5
6	Интегрированная ручка с измерительной маркировкой		Наличие
7	Пластиковая оболочка		Наличие
8	Стерильность		Наличие