

Утверждаю
Зам. директора ФГБУ «Управление
«Спецмелиоводхоз»
_____ Красноперов А.В.
_____ 2026 г.

Техническое задание

1. Общие положения. Предметом закупки является услуга по поверке (калибровка) вычислителя тепловой энергии ВТЭ-1, Госреестр № 26632-06, заводской номер 09-08152 и комплектов термометров сопротивления платиновых Pt500 заводской номер 17-01868, Госреестр № 46019-10

2. Место оказания услуги:

Московская обл., Коломенский городской округ, п. Радужный, кор. 38/1

3. Срок оказания услуги – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения контракта

4. Перечень предоставляемых услуг:

№ п/п	Наименование товара, требования к техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к качеству товара.	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
1	Вычислителя тепловой энергии ВТЭ-1 заводской номер 09-08152	Периодическая поверка	Шт.	1
2	Комплект термометров сопротивления платиновых Pt500 заводской номер 17-01868	Периодическая поверка	Шт.	1

5. Цели оказываемой услуги: организация поверки приборов узла учета тепловой энергии в связи с завершением сроков поверки.

6. Условия оказания услуги: Оказание всего объема услуг силами поставщика с использованием собственных материалов, средств и механизмов, соответствующих государственным стандартам, техническим условиям и требованиям СНиП и ГОСТ. Услуги оказываются в условиях действующего учреждения и производственного процесса. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима внутренних помещений и инструкций, требований администрации учреждения является обязательным условием.

7. Общие требования к оказанию услуги, ее качеству, в том числе технологии оказания услуги, методам и методики оказания услуги.

Непосредственно сама поверка проводится организацией, которая имеет в наличии аттестат аккредитации метрологической службы на право поверки средств измерений.

Оказание услуг должно проводиться согласно Порядка проведения поверки средств измерений, требованиям к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденных приказом Минпромторга России от 2 июля 2015 г. № 1815. Поверка единицы оборудования не должна занимать более 14 дней.

8. Требования по объему предоставляемых гарантий качества услуги:

Исполнитель гарантирует исправность средств измерений и их пригодность к эксплуатации после оказания услуг по поверке, если на средство измерения выдано свидетельство о поверке.

9. Требования по сроку гарантий качества по результатам услуги:

Срок гарантии качества устанавливается в течение межповерочного интервала, установленного для средства измерения.

10. Требования к подрядной организации

-наличие квалифицированных специалистов, оборудования, инструментов.

11. Иные требования к услуге и условиям ее оказания:

Сдача и приемка оказанных услуг осуществляется на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг и выдано свидетельство о поверке средств измерения.

Исполнитель обязан выполнить все услуги по контракту в объеме и сроки, установленные техническим заданием.

Сведения о результатах поверки должны быть внесены в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.

Начальник экспериментального участка



Полторацкий А.Н.