

Уведомление об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции

Номер уведомления: 1875/2/2026-05-26/611154

Дата подачи уведомления: 26.05.2026

Наименование организации: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЕСИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"

Почтовый адрес: 660049, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. СУРИКОВА, Д.28

Адрес электронной почты: sugms@krasmeteo.ru

Номер контактного телефона: +7 (391) 227-29-75

Место нахождения: 660049, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. СУРИКОВА, Д.28

ИНН: 2466254950

ОГРН: 1122468052937

Наименование продукции: Датчик комплексный параметров атмосферы для измерения основных метеорологических параметров: температура и влажность воздуха, атмосферное давление, скорость и направление ветра IWS-4

Код ОКПД2: 26.51.53.190 Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в другие группировки

Код ТН ВЭД: 9027 89 000 0 Приборы и аппаратура для физического или химического анализа (например, поляриметры, рефрактометры, спектрометры, газо- или дымоанализаторы); приборы и аппаратура для измерения или контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения или аналогичные; приборы и аппаратура для измерения или контроля количества тепла, звука или света (включая экспонометры); микрофоны: приборы и аппаратура прочие

Количество найденных аналогов: 40

Подтверждаю, что среди подобранных аналогов российского производства отсутствует продукция, соответствующая описанию объекта закупки

№	Наименование технической характеристики	Единица измерения	Значение технической характеристики
1	Диапазон измерений температуры атмосферного воздуха		от – 60°С до 85 °С
2	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры атмосферного воздуха для t в диапазоне св. -30°С до + 50 °С	°С	±0,1
3	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры атмосферного воздуха для t в диапазоне от -60 °С до - 30 °С включ.	°С	±0,3
4	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры атмосферного воздуха для t в диапазоне св. +50 °С до +85 °С	°С	±0,3
5	Диапазон измерений относительной влажности атмосферного воздуха	%	от 1 до 100
6	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности атмосферного воздуха в диапазоне от 1% до 90 % включ.	%	±2
7	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности атмосферного воздуха в диапазоне св. 90 % до 100 %	%	±3
8	Диапазон измерений атмосферного давления	гПа	от 260 до 1260
9	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений атмосферного давления при температуре св 0 °С до + 40 °С включ.	гПа	±0,3
10	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений атмосферного давления при температуре от -60 °С до 0 °С включ.	гПа	±0,5
11	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений атмосферного давления при температуре св. + 40 °С до + 85 °С включ.	гПа	±0,5
12	Диапазон измерений скорости воздушного потока	м/с	от 0,3 до 65
13	Пределы допускаемой погрешности измерений скорости воздушного потока в диапазоне от 0,3 до 10 м/с включ.	м/с	±0,3
14	Пределы допускаемой погрешности измерений скорости воздушного потока в диапазоне свыше 10 до 35 м/с включительно	%	±3
15	Пределы допускаемой погрешности измерений скорости воздушного потока в диапазоне свыше 35 до 65 м/с включительно	%	±5
16	Диапазон измерений направления воздушного потока	Градус	от 0 до 360
17	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений направления воздушного потока	Градус	±3