

ООО «Мастер-Мед»

г. Ессентуки, ул. Новопятигорская 1/2

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

медицинских аппаратов и оборудования

Медицинское оборудование

Массажный стол Профессионал
(наименование, тип)

(наименование, тип)

Заводской №

ИНВ. №

91012400002349

Год выпуска

МЦ "Юность" ФГБУ СКРНКЦ ФМБА России
(наименование юридического лица)

(наименование юридического лица)

На основании результатов проверки технического состояния:

Стол выработал срок эксплуатации. Требуется
поиск перетяжки покрытия стола из-за износа в
разрыве покрытия. Выход из строя результатов и порисов,
упор головы, ремонт невозможен, требуется замена
(рекомендации по дальнейшей эксплуатации)

(рекомендации по дальнейшей эксплуатации)

« 01 » 07 20 26 г.

Инженер ООО «Мастер-Мед»

