

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России)**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому освидетельствованию сосудов, работающих под давлением, с гидравлическими испытаниями

№ п/п	Наименование услуг	Код по позиции ОКПД2	Единица измерения	Количество в единицах измерения	Характеристики услуг			Единица измерения
					Наименование характеристики	Тип характеристики	Значение характеристики	
1	Оказание услуг по техническому освидетельствованию сосудов работающих под давлением с гидравлическими испытаниями	71.20.13.000	Условная единица	1	Перечень услуг	качественная	1. Осмотр наружных поверхностей стерилизатора; 2. Устранение, в случае выявления, дефектов поверхностей; 3. Проверка исправности установленной арматуры, контрольно-измерительных приборов и предохранительных клапанов; 4. Проверка состояния запорных устройств стерилизационной камеры, опорных конструкций, наличия заземления, состояние налившей, осмотр доступных внутренних поверхностей стерилизатора; 5. Проведение гидравлического испытания (в соответствии с требованиями нормативно-технических документов к периодичности проведения гидравлических испытаний); 6. Проведение вакуумного теста на утечку (для стерилизатора с наличием данной функции); 7. Оформление актов и заключения о выполнении технического освидетельствования парового стерилизатора.	9

Перечень сосудов, работающих под давлением

Марка парового стерилизатора	Серийный номер	Год выпуска
ЦСО, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2, лит X		
БК-75	1256	2002
БК-75	1231	2002
ТП-400	71	2008
ТП-400	57	2005
Бак Лаборатория, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2, лит К		
БК-75	190	2013
БК-75	89	2013
БК-75	86	2013
БК-75	92	2013

БК-75	88	2013
БК-75	90	2013
БК-75	94	2013
Микробиология, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2, лит М		
БК-75	419	2012
БК-75	802	2008
К/ДЦ, г. Санкт-Петербург, ул. А.Магросова, д. 22		
БК-75	1271	2002
БК-75	1147	2002

Гарантийный срок составляет не менее 1 (одного) месяца.

До начала оказания услуг предоставить Заказчику:

Предоставить

- копию действующей лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случаев, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения). В части технического обслуживания медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения: вспомогательные и общепользовательные медицинские изделия;

и/или сведения о конкретной лицензии в виде выписки из реестра лицензий, предоставляемые в соответствии с пунктом 8 статьи 21 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Срок оказания услуг: с даты подписания договора по 30.09.2026 г.

Порядок оказания услуг: одновременно, в течение 2 рабочих дней по заявке Заказчика.

Место оказания услуг - г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 2, лит X, К, М, ул. А. Магросова, д.22

Начальник УМТО


А.В. Иванова