

**Техническое задание
на оказание услуг по изготовлению протезно-ортопедических изделий
для реабилитации инвалидов ФКУ ИК-4 УФСИН России по Ивановской области
в целях их социального обеспечения**

Цель закупки: обеспечить инвалидов техническими средствами реабилитации (обеспечение социальных гарантий инвалидам).

Основание потребности: Индивидуальные программы реабилитации инвалидов, заявления инвалидов, Приказ Минтруда России от 24.05.2013 г. № 215н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены», ст. 11.1 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 07.04.2008 N 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями».

Вид изделий	Функциональные характеристики и технические требования	Кол-во	Ед. изм.
Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке	Ботинок на утепленной подкладке. С полукорсетом или с жесткими берцами или высокой боковой поддержкой. Заготовка верха из хрома с цельной или отрезной союзкой. На кожаной или резиновой подошве, рантового, рантово-клеевого или клеевого методов крепления.	1	пара
Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки	Ботинок без утепленной подкладки. С полукорсетом или с жесткими берцами или высокой боковой поддержкой. Заготовка верха из хрома с цельной или отрезной союзкой. На кожаной или резиновой подошве, рантового, рантово-клеевого или клеевого методов крепления.	1	пара

Требования к качеству работ

В своем техническом предложении Участник размещения заказа должен указать товарный знак (при его наличии), марку, модель, страну-производителя, полное техническое описание Товара, место, срок и условия поставки Товара, срок доставки до инвалида, срок гарантии, срок службы, срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида, соответствие ГОСТам.

Требования к ортопедической обуви.

Требования к качеству услуг: ортопедическая обувь не должна иметь дефекты: перелома подошвы, отдушистости деталей верха, стяжки «лица», осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, формования и крепления деталей обуви, низкое качество комплектующих и материалов.

Требования к техническим характеристикам услуг: сложная ортопедическая обувь должна быть ручного или полумеханического производства и должна включать несколько компонентов из нижеперечисленного перечня:

специальные жесткие детали: союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой);

специальные мягкие детали: боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка;

специальные металлические детали: пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные;

межстелечные слои: выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след.

Межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов.

специальные детали низа: каблук и подошва особой формы;

прочие специальные детали: искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок (после ампутации стопы).

Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота) по МУ 25.1.-001.

Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

Межстелечный слой должен быть устойчив к гигиенической обработке раствором детского мыла по ГОСТ 25644 в теплой воде до температуры не выше плюс 40° С.

Требования к функциональным характеристикам услуг: ортопедическая обувь должна обеспечивать:

реализацию комплекса медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности;

достаточность опороспособности конечности;

фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

компенсацию укорочения конечности.

Требования к безопасности услуг: оказание услуг по обеспечению Получателей ортопедической обувью должна осуществляться при наличии регистрационных удостоверений и протоколов испытания на медико-биологическую экспертизу ГОСТ Р ИСО 10993.1-99; ГОСТ ИСО 10993.5-99; ГОСТ Р ИСО 10993.10-99.

Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям Национального стандарта РФ ГОСТ Р 51079-2006; ГОСТ 21463, ГОСТ 14226.


Требования к результатам услуг: услуги по обеспечению Получателей ортопедической обувью следует считать эффективно исполненными, если у Получателя частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция стопы, сохранены условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Услуги должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные настоящим контрактом сроки.

Требования к месту, условиям и срокам поставки протезов бедра и ортопедической обуви.

Выполнение работ для обеспечения инвалидов из числа осужденных ортопедической обувью в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента проведения необходимых замеров.

Доставка готового изделия по месту пребывания инвалида – учреждение ФКУ ИК-4 УФСИН России по Ивановской области (Ивановская область, Кинешемский район, с. Октябрьский, ул. Заречная, д. 47).

Сотрудник службы по направлениям закупок

«__» _____ 2026 год _____  М.И. Гришина