

ООО «Мастер-Мед»
г. Ессентуки, ул. Новопятигорская 1/2

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
медицинских аппаратов и оборудования

Медицинское оборудование Кушетка бесконтактного массажа «АКВАСПА»

(наименование, тип)

Заводской № 495/3-1/6к инв. № _____ Год ввода 2019

Пятигорская клиника ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России
Ставропольский край, г. Пятигорск, Бульвар Гагарина, 19

(наименование юридического лица)

На основании результатов проверки технического состояния:

Протекание мембраны .

Аппарат к дальнейшей эксплуатации не пригоден, требуется замена мембраны

(рекомендации по дальнейшей эксплуатации)

«06» Июля 2026 г.

Инженер ООО «Мастер-Мед» Сметанников

