

**Техническое задание
на поставку установки стоматологической с монтажом**

№ п/п	Наименование объекта закупки согласно позиции КТРУ	Показатели характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характери стики	Обоснование применения дополнительной информации	Кол- во	Единица измерения	Код по ОКПД 2/ код позиции КТРУ	
1.	Установка стоматологическая	Верхнее положение кресла	≤ 80	см		1	шт	32.50.11.110/ 32.50.11.110- 000000011	
		Грузоподъемность	≥ 135 и ≤ 140	кг					
		Интенсивность освещения светильника, клк	≤ 33						
		Количество инструментальных портов (модуль врача)	≥ 5						
		Максимальное рабочее давление подачи воды, кгс/см²	≤ 3						
		Максимальное рабочее давление подачи воздуха, кгс/см²	≤ 6						
		Нижнее положение кресла	≥ 45	см					
		Подача инструмента	нижняя						
		Дополнительная информация (характеристики):							
		Стул стоматолога (врача) в комплектации	наличие						Обусловлено обеспечением эргономичных условий труда врача-стоматолога
Стул ассистента в комплектации	наличие		Обусловлено необходимостью организации совместной работы врача и ассистента в четыре руки в соответствии с клиническими протоколами и стандартом оснащения стоматологического кабинета, обеспечением						

					полноценного участия среднего медицинского персонала в лечебном процессе.			
Столик ассистента на три инструмента в комплектации	наличие				Обусловлено необходимостью обеспечения работы врача-стоматолога и ассистента в четыре руки и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований за счет одновременного размещения и бесперебойного использования трех инструментов.			
Многофункциональная педаль управления с раздельной подачей воды и воздуха на две клавиши в комплектации	наличие				Обусловлено необходимостью соблюдения требований инфекционной безопасности путем бесконтактного ножного управления. Независимое управление подачей сред позволяет моментально менять режим работы.			
Компрессор воздушный медицинский безмасляный в комплектации	наличие				Обусловлено необходимостью обеспечения непрерывной подачи чистого сухого сжатого воздуха под стабильным рабочим давлением для привода пневматических наконечников, пистолета и аспирационной системы установок. Безмасляное исполнение исключает попадание паров масла в рабочую зону полости рта пациента и воздушные тракты наконечников, что гарантирует соблюдение санитарно-гигиенических норм и предотвращает			

					преждевременный износ стоматологического инструмента.	
Скалер ультразвуковой встраиваемый в комплектацию	наличие				Требуется для проведения терапевтических и пародонтологических процедур, предусмотренных стандартами оказания первичной медико-санитарной помощи по профилю «Стоматология». Встраиваемое исполнение экономит рабочее пространство кабинета и управляется со штатной педалью установки.	
Наконечник для ультразвукового скалера в комплектацию	наличие				Необходим для обеспечения функциональной готовности ультразвукового скалера к проведению эндодонтической обработки корневых каналов и фиксации ультразвуковых файлов непосредственно после монтажа и ввода оборудования в эксплуатацию.	
Стоматологический бесщёточный электрический мотор в комплектацию	наличие				Необходим для выполнения высокоточных ортопедических и терапевтических манипуляций. Бесщёточная конструкция обеспечивает высокий крутящий момент на низких оборотах без вибраций, минимизирует нагрев инструмента, исключает выделение графитовой пыли.	

Условия гарантии: Гарантийный срок Поставщика, установленный на товар, должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя этого Товара, но не менее 12 месяцев с момента подписания документа о приеме. Гарантийное обслуживание товара осуществляется в объеме, предусмотренном технической документацией на товар.

Условия исполнения контракта:

1. Весь поставляемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению в установленном порядке; он должен отвечать требованиям стандартов, требованиям Технического задания.
2. Поставщик должен предюжить весь комплекс услуг, необходимый для организации поставок товара.
3. Весь готовый товар при отгрузке должен быть должным образом упакован. Упаковка должна предохранять товар от порчи во время транспортировки, перегрузки и хранения в необходимых условиях.
4. Поставщик должен будет доставлять товар по адресу: Волгоградская область, Камышинский район, с. Дворянское, ФКУ "Волгоградская ПБСТИН" Минздрава России - в место установки/монтажа.
5. Комплекс работ по поставке товара:
 - установка, монтаж, сборка, настройка и регулировка, сдача-приемка и ввод в эксплуатацию поставленного оборудования в соответствии с указаниями, содержащимися в эксплуатационной документации, в соответствии с требованиями нормативной документации с учетом класса электробезопасности и других требований безопасности медицинской техники;
 - инструктаж медицинского и технического персонала Заказчика работе на оборудовании.
6. Срок поставки: поставка товара осуществляется в течение **10 рабочих дней** с даты заключения контракта, по рабочим дням с 8.00 часов до 13.00 часов. Поставка осуществляется автотранспортом поставщика. В срок поставки включается время, связанное с вводом в эксплуатацию и инструктажем специалистов.
7. В структуру цены должны быть включены затраты стоимости товара, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также доставка товара по адресу Заказчика и его разгрузка.
8. Цены на поставляемый товар должны быть твердыми в течение всего срока выполнения заказа.
9. Поставляемый товар должен отвечать по своему качеству нормативным документам, действующим в Российской Федерации для данного вида товара.