

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ И УСЛОВИЙ КОНТРАКТА ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие требования

1.1. Оказание услуг по метрологической поверке (калибровке) средств измерений (далее - СИ) для нужд Федерального казенного учреждения «Российский государственный архив Военно-Морского Флота» (РГАВМФ) в 2026 году.

1.2. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) с указанием вида продукции, соответствующий предмету закупки: 45.20.21.222.

2. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг

2.1. Местом оказания услуг является: Метрологические лаборатории Исполнителя (далее – Площадка).

В случае размещения Площадок Исполнителя в пределах административных границ Санкт-Петербурга – Доставка, погрузочно-разгрузочные работы СИ до места оказания услуг осуществляется транспортом Исполнителя.

2.2. Условия и сроки (периоды) оказания услуг: Услуги поверки по двум параметрам/каналам температуры и влажности СИ общим количеством 3 (три) штуки оказываются в 1 (один) этап:

1 этап – Таблица № 1.

Сроки оказания услуг: Начало и окончание оказания услуг: с момента заключения контракта Заказчиком по 31.10.2026 года.

2.3. Схема передачи средств измерений от исполнителя поставщику:

Заказчик собирает и передает по Акту передачи, СИ Исполнителю – Таблица № 1.

После оказания услуг Исполнитель осуществляет последующий возврат по Акту передачи, СИ с паспортами поверок на каждое СИ, Таблица – № 1.

2.3.1. После возврата и передачи средств измерений от Исполнителя Заказчику:

Заказчик передает по Акту передачи, СИ с места размещения (Миллионная, д. 36) Исполнителю.

После оказания услуг Исполнитель осуществляет последующий возврат по Акту передачи, СИ с паспортами поверок на каждое СИ).

Периодичность оказания услуг каждой единицы СИ: 1 раз за период действия Контракта.

2.4. Исполнитель оказывает услуги по метрологической поверке (калибровке) СИ на основании заявки Заказчика, согласно перечню приборов, указанных в заявках Заказчика.

Передача заявки осуществляется Заказчиком по электронной форме, а передача СИ, по Акту передачи письменно с подписями ответственных лиц Заказчика и Исполнителя.

Исполнитель предоставляет надежные каналы связи для приема заявок Заказчика, для вызова специалистов Исполнителя, а также назначает своего представителя, ответственного за оказание услуг по заключенному контракту.

2.5. Исполнитель обязан оказать услуги в полном объеме в течение не более чем 21 (двадцать один) календарный день с момента направления Заказчиком заявки.

2.6. Исполнитель обеспечивает сохранность приборов, подлежащих метрологической проверке, и несет материальную ответственность за СИ, в случае если местом оказания услуг является площадка Исполнителя. Доставка СИ должна осуществляться во влагонепроницаемой и ударопрочной упаковке.

2.7. Исполнитель обязан оказать услуги, исключая повреждения СИ, в случае повреждения СИ - производить восстановительный ремонт за свой счет.

2.8. Перечень средств измерений, подлежащих поверке, сроки проведения очередной поверки и место оказания услуг, указаны в Таблице № 1.

3. Требования к качеству и безопасности работ, к их техническим и функциональным, эксплуатационным характеристикам

3.1. Оказываемые услуги должны удовлетворять следующим требованиям действующих норм и правил:

- Федеральному закону №102-ФЗ от 26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений».

- Приказу Минпромторга РФ от 31.07.2020 г. № 2510 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

- Приказу Минпромторга РФ от 28.08.2020 N 2907 «Об утверждении порядка установления и изменения интервала между поверками средств измерений, порядка установления, отмены методик поверки и внесения изменений в них, требований к методикам поверки средств измерений».

- РД РСК 02-2020 «Порядок организации деятельности Российской системы калибровки».

- ПР 50.2.016-94 «ГСИ. Требования к выполнению калибровочных работ»;
- ГОСТ 8.547-2009 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений влажности газов»;
- Измерители влажности и температуры ИВТМ-7 Технические условия ТУ 4311-00170203816-11;
- Указаниями эксплуатационной нормативно-технической документации (НТД) фирм-производителей обслуживаемых приборов.

3.2. При поверке (калибровке) средств измерения должна проводиться совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерения обязательным метрологическим и техническим требованиям, установленным действующим законодательством, включая технические регламенты.

3.3. Результат оказания услуг по метрологической поверке средств измерения должен обеспечить точность измерений средств измерения в соответствии с паспортными характеристиками и методиками поверки.

Результатом метрологической поверки является подтверждение пригодности средства измерения к применению или признание его непригодным к применению и внесение данных о результатах поверки в единую базу данных Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений (сайт РСТ МЕТРОЛОГИЯ (gost.ru) - ФГИС "АРШИН"). Исполнитель передает во ФГИС "АРШИН" сведения о «Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив Военно-Морского Флота» (РГАВМФ)» как о владельце средств измерений.

3.3.1. В случае признания СИ непригодным к применению, выдается «извещение о непригодности к применению».

3.3.2. В случае признания СИ пригодным к применению, на него наносится поверительное клеймо (знак поверки должен сохраняться в условиях эксплуатации в течение интервала между поверками) и/или выдается «Свидетельство о поверке» и/или в паспорт (формуляр) средства измерений вносится запись о проведенной поверке.

3.3.3. Все извещения о непригодности и свидетельства о поверке СИ предоставляются Заказчику на бумажном носителе и являются подтверждением внесения данных о результатах поверки во ФГИС "АРШИН" и фактом оказания услуг по метрологической поверке (калибровке) СИ.

3.4. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее оказание услуг по поверке средств измерений и несоблюдение требований соответствующих нормативных документов.

3.5. В случае если местом оказания услуг является Объект, Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение требований законодательства об охране труда, промышленной безопасности, охране окружающей среды, безопасности производства работ и противопожарной безопасности, миграционных правил.

4. Иные требования

4.1. Наличие у Исполнителя действующего аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений для выполнения работ и (или) оказания услуг по поверке (калибровке) СИ, выданного Федеральной службой по техническому регулированию и метрологии (с приложением области аккредитации, позволяющей оказать услуги по поверке СИ, указанных в Таблице № 1), и/или копию выписки из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации), с областью аккредитации, позволяющей оказать услуги по поверке СИ, указанных в Таблице № 1.

Нормативный правовой акт, устанавливающий такие требования: Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", Федеральный закон от 28.12.2013 N 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации».

При окончании срока действия аттестата до исполнения обязательств по Контракту Исполнитель, в установленные законодательством Российской Федерации сроки, обязан обеспечить его продление.

5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ

5.1. Исполнитель гарантирует, что оказание услуг соответствуют обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность, а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент оказания услуг.

Срок действия результатов поверки: свидетельство о поверке действительно в пределах межповерочного интервала.

5.2. В случае выявления Заказчиком недостатков в оказываемых услугах, связанных с их несоответствием условиям Технического задания, Исполнитель устраняет выявленные недостатки за счет собственных средств в установленный Заказчиком срок.

Таблица № 1

Перечень средств измерений РГ АВМФ, подлежащих метрологической поверке.

№ п/п	Наименование СИ у Заказчика	Кол-во СИ (шт.)	Номер в Госреестре/Заводской номер	Межповерочный период	Дата последней поверки	Сроки проведения очередной поверки (месяц, год)	Место нахождения	Место проведения поверки
1.	Термогигрометр портативный ИВТМ-7 М 6 с micro-usb «ИВТМ-7 М 6»	1	63489	1 год	20.06.2024	2026	Миллионная, 36 (архивохранилище №1)	Метрологическая лаборатория Исполнителя.
2.	Термогигрометр портативный ИВТМ-7 М 6 с micro-usb «ИВТМ-7 М 6»	1	89990	1 год	10.06.2024	2026	Миллионная, 36 (архивохранилище №2)	
3.	Термогигрометр портативный ИВТМ-7 М 6 с micro-usb «ИВТМ-7 М 6»	1	89991	1 год	10.06.2024	2026	Миллионная, 36 (архивохранилище №3)	
ИТОГО								3 (три) единицы

Главный специалист ЭХО
11.08.2026

Носков В.А.