

Уведомление об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции

Номер уведомления: 1875/2/2026-09-30/841176

Дата подачи уведомления: 30.09.2026

Наименование организации: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НОВОКУЗНЕЦКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Адрес электронной почты: m.kochegurova@teabil-nk.ru

Номер контактного телефона: +7 (384) 332-85-68

Место нахождения: 654055, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г. НОВОКУЗНЕЦК, УЛ. МАЛАЯ (ЗАВОДСКОЙ Р-Н), Д. 7

ИНН: 4218006431

ОГРН: 1024201677576

Наименование продукции: Лезвия ручного скальпеля одноразового использования - №11

Код ОКПД2: 32.50.13.190

Код ТН ВЭД: 9018 90 840 9 Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая скинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электрофизиологическая и приборы для исследования зрения: инструменты и оборудование, прочие: прочие: прочие

Количество найденных аналогов: 25

Подтверждаю, что среди подобранных аналогов российского производства отсутствует продукция, соответствующая описанию объекта закупки

№	Наименование технической характеристики	Единица измерения	Значение технической характеристики
1	Описание		Стерильное сменное изделие, разработанное для установки в совместимую с ним ручку для функционирования в качестве режущей части скальпеля. Изделие изготавливается из сплава высококачественной нержавеющей стали и используется в качестве хирургического инструмента для разрезания и иссечения тканей. Изделие может быть оснащено защитным механизмом (например, убираемой защитой из пластика). Это изделие для одноразового использования
2	Предназначены для всех видов хирургических вмешательств		соответствие
3	Изготовлены из высокоуглеродистой хирургической стали с уровнем прочности, превышающим 32 ньютона		соответствие
4	Твердость стали по Виккерсу	HV	≥ 750
5	Форма лезвий соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и ГОСТ Р ИСО 13485-2017		соответствие
6	Тип лезвия		остроконечное
7	Длина лезвия	мм	≥ 38,8 и ≤ 42,8
8	Ширина лезвия	мм	≥ 5 и ≤ 7
9	Совместимость с ручкой-держателем в соответствии с ГОСТ Р 50331-92 (ISO 7740)		№ 3
10	Тип крепления к ручке		салазочный паз
11	Наличие дополнительного ребра жесткости		соответствие
12	Упакованы в индивидуальную блистерную упаковку		соответствие
13	В картонной пачке	<100	штука
14	Стерилизован		соответствие

