

ЗАЯВКА

На поставку **Изделия медицинского назначения I - кратного применения**
(предмет закупки)Источник финансирования **ФФОМС.**Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг **ноябрь 2026г**

(В случае необходимости указать поставщика)

Сумма: 171 000,00

Медико-технические требования

№	Наименование	Медико-технические требования	Кол-во	Ед. изм	
32.50.13.110-00005222	КТРУ	Стерильная тонкая гибкая трубка, предназначенная для введения в периферическую вену и продвигаемая дальше в центральную вену для обеспечения краткосрочного или длительного внутрисосудистого доступа для введения медикаментов (антибиотиков), химиотерапевтических веществ, питательных веществ, парентеральных растворов, обезболивающих жидкостей и инотда для взятия образцов крови, контроля кровяного давления и температуры и инъекций контрастного вещества; изделие не предназначено в первую очередь для экстракорпоральной гемотерапии, такой как гемодиализ. Изделие, также известное как периферически вводимый центральный катетер, как правило, включает специальные принадлежности для введения/обеспечения возможности функционирования катетера (например, дуговые разъемы, стилет). Это изделие для однократного использования.			
1	Материал изготовления катетера	Силикон	Для обеспечения биосовместимости и тромборезистентности		
	Тип катетера	Одноканальный	для введения инфузионных растворов для визуализации локализации катетера		
	Рентгенконтрастность катетера	наличие	Для обеспечения венозного доступа с верхних и нижних конечностей		
	Длина катетера, см	не менее 30	Для катетеризации вен недоношенных детей		
	Внешний диаметр катетера, Fr	2	Для возможности влияния лекарственных средств с достаточной скоростью в экстренных ситуациях.		
	Скорость потока жидкости при давлении 100,0 кПа (1,0 бар), мл/мин	Не менее 4,5	Для контроля глубины введения катетера		
	Маркировка длины катетера	наличие	Для подтверждения полного извлечения катетера из вен		
	Маркировка дистального конца катетера	наличие	Для возможности безопасного извлечения интродьюсера		
	Тип соединительного узла: съёмный, с разъемом Easy-lock	наличие	Для удобства подключения тройников		
	Длина удлинительной трубки катетера, см	Не более 10,0	Для обеспечения безопасной, атравматичной катетеризации сосуда ребенка с очень низкой массой тела		
	Внешний диаметр интродьюсера, мм	Не более 1,1			
Интродьюсер в виде нерасцепляемой съёмной иглы бабочки (19G)		наличие			
Длина интродьюсера, мм		не более 19			
Комплект поставки:					
Набор для катетеризации сосудов новорожденного (Катетер венозный центральный, интродьюсер, зажим, заглушка винтовая съёмная, лента измерительная)					
Инструкция по применению		1 шт.	Требования составлены с учетом потребностей медицинских специалистов при проведении катетеризации центральных вен, обеснованы анатомическими особенностями пациентов и спецификой проводимой терапии.		

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» _____ 2026 г.